

Uppsala 180226

Bäste kund,

Som ni kan läsa i bifogat Field Safety Notice finns det en risk att ett fåtal infusionsset till Agilia Volumat pump i batcher tillverkade i vår fabrik i Blonie/Polen mellan augusti 2017 till och med mars 2018 med **batch nr 32xxxx** är berörda.

De set som kommer från fabriken i Kina är inte berörda. Vi kommer i månadsskiftet feb/mars även starta produktion i vår fabrik i Tunisien för att säkra framtida leveranser.

Det är viktigt att ni skickar ett mailsvar till [kundservice@fresenius-kabi.com](mailto:kundservice@fresenius-kabi.com) att ni mottagit detta brev och meddelat användarna (avdelningarna) av Fresenius-Kabi´s Agilia Volumatpumpar. Dessa pumpar är de enda som kan användas med berörda set.

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er!

Med vänlig hälsning,



Per Öhrn  
Business Unit Manager MD  
Fresenius Kabi AB

Tel 070 5351717