

2019-01-15

Till våra kunder:



Detta gäller för följande artikelnummer:

6099975-1

6099976-1

Bubbelslangen har felaktigt fått en etikett med hållbarhetstid 3 år
Den korrekta hållbarheten på följande artiklar är **5 år** från tillverkningsdatum.

6099975-1 har utgångsdatum **2020-08-05**

6099976-1 har utgångsdatum **2020-08-06** eller **2020-10-06**

Specifika åldringstester har utförts och visar 5 års hållbarhet. Testrapporter kan tillhandahållas vid efterfrågan.

För övriga frågor kontakta gärna undertecknad

Lotta Hart

International Product Manager

Mediplast AB

P.O. Box 1004, SE-212 10 Malmö, Sweden

Visitors: Bronsåldersgatan 2

Phone +46 (0)708 69 50 97

www.mediplast.com

Mediplast AB

P.O. Box 1004

SE-212 10 Malmö, Sweden

Kantyxegatan 29, SE-213 76 Malmö, Sweden

Ph. no. +46 (0)40 671 23 00

Fax no. +46 (0)40 671 23 10

Customer service (Sweden only) 020 788035

- A PART OF **AddLife**

www.mediplast.com
Org. nr. 556140-9011