

Hej,

Mediplast har fått information från Vernacare om ett återkallande av produkter från marknaden.

Under tiden vi väntar på ett officiellt Säkerhetsmeddelandet, ber vi er att **sätta undan samtliga produkter från Vernacare, Oasis tvättlappar inklusive schampomössa.**

Bakgrunden är ett utbrott av mikrobiell kontaminering i vissa lotnummer av produkterna och som en säkerhetsåtgärd skall samtliga produkter ställas undan och inte användas.

Ni kommer i början av nästa vecka få tydliga instruktioner om hur ni skall gå tillväga, men till dess är det viktigt att produkterna tas bort från patientvården, ställs åt sidan och ej används.

För ett tag sedan informerade vi om att Oasis tvättlappar från Vernacare kommer att byta artikelnummer och i samband med detta skickades prover ut för att visa de nya förpackningarna. Övan rekommendation gäller även för dessa provförpackningar.

Vi undersöker möjligheten att tillhandahålla ersättningsprodukter från annan leverantör och återkommer även med information gällande detta under nästa vecka.

Produkterna som avses är :

RSC910N Oasis Bedbath 5 pack (tvättlapp)  
MBB05UP Bedbath 5 pack (tvättlapp)  
RSC913N Oasis Bedbath 8 pack (tvättlapp)  
RSC913NM Oasis Bedbath 8 pack (tvättlapp)  
RSC905UP Hårtvättmössa  
SC01UP Hårtvättmössa

Samt produktplacering av BB05UP och BB08UP som skickades för att visa de nya förpackningarna (2-3 prover av vardera storlek).

Återkoppla oss gärna att du mottagit denna information.