

ÅTERKALLELSE AV PRODUKT

Oasis Bedbath – Parfymerad

Oasis Bedbath – Oparfymerad

Oasis Maceratable Bedbath – Parfymerad

Oasis Maceratable Bedbath – Oparfymerad

Oasis Shampoo Cap – Oparfymerad

Oasis Shampoo Cap – Parfymerad

Oasis Washmitt – Oparfymerad

Oasis Washmitt – Parfymerad

Conti Flushable Skin Cleansing Wet Wipes

Conti Continence Care Skin Cleansing Wipes

Conti Patient Cleansing Wet Wipes

Conti Skin Cleansing Wet Wipes

Conti Continence Care 3% Dimethicone Barrier Cloth

ALLA PARTIER MED AKTUELLT DATUM

2022-04-19

Kära vårdgivare

Vi skulle vilja informera er om att samtliga aktuella partier av produkterna som listas ovan frivilligt återkallas med omedelbar verkan.

Denna återkallelse gäller på **slutanvändarnivå**.

Denna åtgärd har överenskommit med irländska tillsynsmyndigheten Irish Health Products Regulatory Authority.

Anledningen till återkallelsen är att mikrobiell kontaminering har upptäckts i ett antal produktpartier. Denna kontaminering kan utgöra en säkerhetsrisk och kan orsaka infektioner. Alla partier återkallas som en säkerhetsåtgärd.

Vi ber er vidta följande åtgärder:

1. Vänligen identifiera och isolera omedelbart dessa produkter på ert apotek. För sjukhusapotek eller andra vårdinrättningar inkluderar detta enheter på avdelningar, kliniker och andra relevanta platser inom sjukhuset eller inrättningen.
2. Om ni har levererat dessa produkter till andra apotek, sjukhus, kliniker eller andra liknande inrättningar, vidarebefordra en kopia av detta återkallelsebrev och begär att de isolerar och returnerar oanvända enheter till er.
3. Returnera isolerat lager till återförsäljaren från vilken ni erhållit produkten, alternativt till: Vernacare Ltd, Matrix Park, 1 Western Avenue, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NB, United Kingdom. Säkerställ att samtliga enheter returneras till er distributör eller till Vernacare Ltd. inom 4 veckor efter mottagande av detta meddelande. Kontakta



product.safety@vernagroup.com för information gällande kreditering.

Vi ber om ursäkt för besväret denna åtgärd kan komma att orsaka. Vid frågor, mejla till product.safety@vernagroup.com eller ring +44 (0)1204 529494

Vänligen returnera en signerad kopia av detta återkallelsemeddelande till Vernacare med de bekräftade åtgärderna nedan:

Jag har läst och förstått kraven i detta återkallelsemeddelande och (markera en):

Isolerat återstående produktpartier och returnerat dem enligt begäran


Identifierat att inga produkter ska returneras eftersom samtliga har använts

Vidarebefordrat detta meddelande till våra mottagande kunder för åtgärd

Isolerat alla påverkade partier och förstört dem på lokal nivå

Signatur	Textat	Datum

Med vänlig hälsning



Alexander Fotheringham
Operations Director
MSL Solution Providers