


### **Kundinformation angående mindre produktförändring på rullklämma - Uroloqi**

Våra urologiska spolaggregat (större rullklämma än normalt), med ett enda undantag genomgår nu en färgförändring avseende rullklämman (huset). Denna har tidigare alltid varit brun men nu blir denna successivt ersatt med vit färg, var god se bilden. Gäller artikel nr. 763153, 763156 samt 765645.

Enda avsteget från denna ändring är artikelnummer 763154 som har den mindre "normalstora" rullklämman som traditionellt används på alla våra andra aggregat, denna byter INTE färg.



Materialspecifikt och funktionellt ingen förändring alls utan det är endast färgen som ändras!

Ändringen har redan påbörjats. Tyvärr vet vi inte själva när vi får dessa "nya" i lager för respektive artikelnummer så vi kan inte informera om när ni ser detta hos er. Men det blir i närtid.

Vid frågor vänligen ring 0300-35660 för kontakt med er Regionsansvarige representant eller under-tecknad!

Kungsbacka 2024-09-19

Med vänlig hälsning  
Mats Eriksson, Produktchef