

Gällande avtal Injektions infusions transfusionsprodukter VF VF2021-00020

Bästa kund,

En av våra underleverantörer kommer inte längre att kunna leverera en komponent som används till några av våra artiklar i grupperna TIVA-set och infusionslinje/3-vägskran med slang. Vi kommer därför att byta till en annan leverantör som tillhandahåller en likvärdig komponent men med ett något annorlunda utseende. Denna komponent finns redan i vårt ordinarie sortiment och kommer inte att ha några kliniska konsekvenser för kunden. Den nya komponenten är av polyuretan (PUR), PVC-fri och bruksanvisningen är densamma. Denna uppgraderade version kommer att levereras när den gamla versionen inte längre finns i lager.

Tidigare komponent:



Ny komponent:



Det berör följande artiklar på avtalet:

TIVA set	Infusion line/stopcock
60SRL02151Y	60SRL04100115
60SRL09260	60SRL04100120
	60SRL04100215
	60SRL04100220
	60SRL04100230

Om det finns frågor så var snäll och kontakta:

Catharina Karlsson

Produktchef

+46 76-1311949

[catharina.karlsson@mediplast.com](mailto:catharina.karlsson@mediplast.com)