

Varuförsörjningens informationsmöte 2025-11-26

Frågor och svar

Avtalsöverlåtelse Johnson & Johnson – Gyntech (NeSve AB)

Information uppdateras till korrekt hos nya leverantören Gyntech måndagen 1/12 och då ska beställningar gå igenom utan problem.

Kommuners delaktighet på fullmakt

Varuförsörjningen har ingen sammanfattning om vilka kommuner eller övriga regioner som önskar delta på fullmakt, dvs, vilka som anmält sitt intresse att delta på upphandling. Detta finns endast per avtal.

Det åligger respektive kommun/region att ha koll på vilka de har anmält sitt intresse att delta på.

Vad innebär 3-lagersprincipen?

3-lagersprincipen är reglerad enligt SIS-TR 57:2020, vilket är en handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård.

I korthet betyder det att alla sterila medicintekniska artiklar ska levereras i 3 lager för att säkerställa steriliteten på artikeln. Ni kan läsa mer om detta på [Vårdhandboken](#) eller på [Svenska Institutet för Standarder](#).

Om en leverantör inte levererar enligt 3-lagersprincipen, kan ni ta bilder på de olika förpackningsnivåerna som produkten har blivit levererad i, och mejla in till

upphandling@varuforsorjningen.se så får vi möjlighet att ta den dialogen med leverantören.



Kläder och skydd: Vilka artiklar påverkas?

Detta gäller produktgrupp 75: *Vikt förkläde i förnybar råvara*. Det är endast en artikel i denna produktgrupp.

Beställningar som fastnar hos OneMed pga felaktigt kundnummer:

Det är regionerna som ansvarar för sitt beställarstöd och de som kan korrigera leverantörer i systemet, vi på Varuförsörjningen har tyvärr inte tillgång till dessa system.

Vi hjälper gärna till att guida till rätt kontaktväg, men har själva inte möjlighet att uppdatera kundnummer.