



## Säkerhetsmeddelande

### Felaktigt utgångsdatum på etiketten till DALI 750 KIT (artikel F00010851)

Datum: 16 mars 2026

Bästa kund,

Vid regelbundna processkontroller i det centrala distributionscentret upptäckte Fresenius Medical Care att det finns ett felaktigt utgångsdatum tryckt på etiketten för **DALI 750 KIT (artikel F00010851)** med batchnummer **G7AM014**. Etiketten på kitet i denna batch visar ett felaktigt utgångsdatum (**31.07.2027**), det korrekta datumet ska vara **31.07.2026**. Utgångsdatumet för kitet bestäms av den medföljande saltlösningen, som har det korrekta utgångsdatumet på sin etikett.

Användning av kitet utgör ingen risk fram till det korrekta utgångsdatumet (31.07.2026) och behandlingar kan utföras utan begränsningar. Efter detta datum har vi inga stabilitetsdata för saltlösningen så den bör således därför inte längre användas.

Eftersom ni har identifierats som mottagare av det berörda partiet ber vi er att utföra följande åtgärder före den **31 juli 2026**:

- Använd de återstående DALI 750-kiten med batchnummer G7AM014
- Returnera de DALI 750-kit med batchnummer G7AM014 som du inte har kunnat använda till Fresenius Medical Care Sverige AB.

Vänligen distribuera detta meddelande om återkallelse till alla användare av DALI 750-kit i er organisation och dokumentera ert beslut i det bifogade svarsformuläret.

Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Ulrica Aquino Sahlén, Account Manager Home  
Telefon 08-594 77 637  
E-post: [ulrica.aquino-sahlen@freseniusmedicalcare.com](mailto:ulrica.aquino-sahlen@freseniusmedicalcare.com)

Med vänliga hälsningar  
Fresenius Medical Care Sverige AB

Anneli Hållström, Försäljningschef